Recipiente para ajuste y calibración de humedad



código: MD046

Accesorio diseñado para verificar la exactitud de medición (calibración) y el nuevo ajuste de los instrumentos de detección de humedad relativa del aire.

La humedad relativa se genera en el recipiente hermético fijado a la sonda de humedad relativa. El valor de la humedad relativa depende de la solución química aplicada en el interior del recipiente.

Para el uso con los estándares de humedad HM023 10% RH y HM024 80% RH

Datos técnicos