


Calibración acreditada de una sonda de temperatura externa - ISO/IEC 17025

código: SLU002



La calibración acreditada de un instrumento con una sonda externa o de una sonda de temperatura externa independiente es realizada por un laboratorio de calibración externo acreditado. El servicio incluye la emisión de un certificado de calibración.

- calibración acreditada conforme a CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- los resultados de la calibración acreditada son reconocidos internacionalmente en virtud de los acuerdos EA MLA e ILAC MRA
- la calibración en 3 puntos de temperatura dentro del rango de -40 a $+600$ °C está incluida en el precio
- los puntos de calibración adicionales y la calibración fuera del rango estándar (hasta -80 °C o hasta $+1300$ °C) están disponibles por un coste adicional

Los puntos de calibración requeridos deben especificarse en el pedido. Si no se especifican puntos de calibración, la calibración se realizará automáticamente en los puntos estándar de -20 °C, 0 °C y $+20$ °C.

[Calibración de instrumentos COMET – Preguntas y respuestas](#)

Datos técnicos