


Recargo por la calibración acreditada de una sonda de temperatura adicional - ISO/IEC 17025

código: SLU009



El recargo por la calibración acreditada de cada sonda de temperatura adicional conectada al instrumento calibrado corresponde a una calibración realizada por un laboratorio de calibración externo acreditado. El servicio incluye la emisión de un certificado de calibración.

- calibración acreditada conforme a CSN EN ISO/IEC 17025:2018
- los resultados de la calibración acreditada son reconocidos internacionalmente en virtud de los acuerdos EA MLA e ILAC MRA
- la calibración en 1 punto de temperatura dentro del rango de -40 a $+600$ °C está incluida en el precio
- la calibración fuera del rango estándar (hasta -80 °C o hasta $+1300$ °C) está disponible por un coste adicional

Los puntos de calibración requeridos deben especificarse en el pedido. Si no se especifican puntos de calibración, la calibración se realizará automáticamente en los puntos estándar de -20 °C, 0 °C y $+20$ °C.

[Calibración de instrumentos COMET - Preguntas y respuestas](#)

Datos técnicos